

Rapporto di Prova N. 4603/17

Firenze 23/11/2017

Committente: CERRALTI S.s.a.
Zona Maiano Lavacchio, 52/a - Montiano 58051 MAGLIANO IN TOSCANA (GR)

Numero campione: 4.603 **Data ricevimento:** 20/11/17

Categoria merceologica: - OLI ALIMENTARI

Prodotto dichiarato: Olio extravergine di oliva

Descrizione Campione: 7+ SERBATOIO 1

Etichetta Campione:

Descrizione Sigillo:

Campione presentato da: committente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Nella colonna Incertezza è riportata l'INCERTEZZA ESTESA, calcolata con livello di probabilità 95 % e $k = 2$, espressa nella stessa unità di misura del risultato.

I limiti riportati sono ricavati dalla legislazione vigente e sono espressi nella stessa unità di misura del risultato.

Il laboratorio garantisce l'aggiornamento di tali valori e mette a disposizione dei clienti che lo richiedano un documento (IO 10-1-1 rev.13) che riassume i riferimenti da cui tali limiti sono ricavati.

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Unita' di misura	Valore	Incertezza	Limite
23/11/17	- ACIDI GRASSI LIBERI <i>Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II</i> <i>Reg UE 1127/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016</i>	% acido oleico	0.20	± 0.01	Max 0,8
23/11/17	- NUMERO DI PEROSSIDI <i>Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III</i> <i>Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016</i>	meq O2/kg	12.4	± 0.8	Max 20
21/11/17	- ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NELL'ULTRAVIOLETTO <i>Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX</i> <i>Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All III</i>				
	K 232		1.84	± 0.15	Max 2,5
	K 268		0.12	± 0.02	Max 0,22
	Delta K		0.003	± 0.007	Max 0,01
23/11/17	- BIOFENOLI (1) <i>COI/T.20/Doc n 29/2009</i>	mg/kg	478	± 51	
22/11/17	- TOCOFEROLI <i>ISO 9936:2016</i>	mg/kg	279	± 29	

(1) Il fattore relativo di risposta (RRF) utilizzato per il calcolo è 4,7

Gli Analisti

CHERUBINI CHIARA

MAMMOLI VERONICA

Il Responsabile del Laboratorio

(dott. chim. Laura Mazzanti)

M 13 -1 -1

Pagina 1 di 1